

TM



मिरा भाईंदर महानगरपालिका




स्व. इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.) ता. जि. ठाणे, ४०११०१
दुरध्वनी क्र. २८१९२८२८ / २८१९३०२८ फॅक्स नं. २८१९७६३६ / २८१९७००५
ई मेल : १) rhmbmc@rediffmail.com. २) rhmbmc@gmail.com

वैद्यकीय आरोग्य विभाग

जा. क्र. मनपा/वैद्यकीय/२६१८/२०१९-२०

दिनांक : २०/०३/२०२०

प्रति,
सिस्टीम मॅनेजर,
नागरी सुविधा केंद्र,
मिरा भाईंदर महानगरपालिका.



विषय : जाहीर कोटेशन प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या कोरोना विषाणूमूळे (COVID-19) उदभवलेल्या संसर्जन्य रोगाच्या प्रतिबंधाकरीता व नियंत्रणाकरीता तयार करण्यात आलेल्या अलगीकरण कक्ष (QUARANTINE CELL) व विलगीकरण कक्ष (ISOLATION WARD) निर्जंतुकीकरणाकरीता COLD FOGGER MACHINE खरेदी करणेकरीता जाहिर कोटेशन मागविण्यात येत आहे.

तरी सदरकामी सोबत जोडलेली जाहिर कोटेशन नोटीस संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी.


(डॉ. संभाजी पानपट्टे)
उपायुक्त (वैद्यकीय)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका



मिरा भाईदर महानगरपालिका

स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,
भाईदर (प.) ता.जि.ठाणे - ४०१ १०१

Fax No. - 28199093 E-mail - rehmbmc@rediffmail.com. rehmbmc@yahoo.com.



जा. क्र. मनपा/वैद्यकीय/२६१/२०१९-२०

दिनांक :- २०/०५/२०२०

॥ जाहीर कोटेशन नोटीस ॥

आपणास या जाहीर कोटेशन नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की, कोरोना विषाणूमूळे (COVID-19) उदभवलेल्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंधाकरीता व नियंत्रणाकरीता तयार करण्यात आलेल्या अलगीकरण कक्ष (QUARANTINE CELL) व विलगीकरण कक्ष (ISOLATION WARD) निर्जंतुकीकरणकरीता COLD FOGGER MACHINE खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविण्यात येत आहे. इच्छुकाचे दरपत्रक दि. २७.०३.२०२० रोजी ठिक ११.०० वाजेपर्यंत आरोग्य विभागामध्ये स्विकारण्यात येतील. मुदतीमध्ये प्राप्त झालेली दरपत्रके शक्यतो त्याच दिवशी कोटेशनधारक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचे समक्ष उघडण्यात येतील.

अ. क्र.	कामाचे स्वरूप	संख्या
1	COLD FOGGER MACHINE SPECIFICATION 1. THE MACHINE SHOULD BE AN EXCLUSIVE COLD FOGGING MACHINE RUN BY TWO STROKE PETROL ENGINE. 2. THE SOLUTION TANK SHOULD BE MINIMUM 5 LITERS CAPACITY WITH LIQUID AGITATION CONTROL SYSTEM 3. MACHINE SHOULD BE EQUIPPED WITH DIGITAL HOUR METER AND TECHOMETER 4. THE MACHINE SHOULD HAVE NOZZLES TO ADJUST FLOW RATES FROM 50 ML/MIN TO 250 ML/MIN. 5. DROPLET MICRON SIZE SHOULD BE 8 μ TO 30 μ (MICRON) 6. COPY OF WHO CERTIFICATE.	2

Qepb

उपायुक्त

मिरा भाईदर महानगरपालिका

ठिकाण - मुख्य कार्यालय, आरोग्य विभाग, पहिला मजला, भाईदर (प.)